

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาตัวกรองน้ำยาไตเทียม (DIASAFE PLUS FILTER) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลตระการพิษผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เวชภัณฑ์มิใช่ยาตัวกรองน้ำยาไตเทียม (DIASAFE PLUS FILTER) โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลตระการพิษผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๐ อัน เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โดยจากราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| ๑) นางสาวนุชกานต์ ใจตรง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| | โรงพยาบาลตระการพิษผล | |
| ๒) นางสาวภิรมย์พร รักใคร่ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลตระการพิษผล | |
| ๓) นางสาวศกลวรรณ ทองมี | เภสัชกร(พนักงานราชการ) | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลตระการพิษผล | |



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการ

ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

เวชภัณฑ์มิใช่ยาตัวกรองน้ำยาไตเทียม (DIASAFE PLUS FILTER)

รหัส	DIASAFE PLUS FILTER		บาร์โค้ด				
ชื่อไทย	DIASAFE PLUS FILTER						
ชื่ออังกฤษ	DIASAFE PLUS FILTER						
รายละเอียด	คลังสินค้า <F6> ล็อตสินค้าออกมา <F7> ที่ลดเพิ่มเดิม						
วันที่ซื้อล่าสุด	02/05/66	วันที่ขายล่าสุด	/ /				
ราคาซื้อล่าสุด	5,000.00	ราคาขายล่าสุด	0.00				
ส่วนลดซื้อล่าสุด		ส่วนลดขายล่าสุด					
จำนวนค้างรับ	0.00	จำนวนค้างส่ง	0.00				
คลังสินค้า <F8> :-							
รหัส	คลัง	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	มูลค่ายกมา	ยอดคงเหลือ	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าคง
01	ค.บริหาร		0.00	0.00	0.00	0.00	
02	ค.ยา		60.00	300,000.00	56.00	5,000.00	280,000.00

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- นางสาวนุชกานต์ ใจตรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลตระการพิษผล
- นางสาวภิรมย์พร รักใคร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
โรงพยาบาลตระการพิษผล
- นางสาวศกลวรรณ ทองมี เกสัชกร(พนักงานราชการ) กรรมการ
โรงพยาบาลตระการพิษผล


.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ


.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีโซยา

ตัวกรองน้ำยาไตเทียม

โรงพยาบาลตระการพิษผล อำเภอตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ชื่อเวชภัณฑ์มีโซยา ตัวกรองน้ำยาไตเทียม (DIASAFE PLUS FILTER)
๒. วัตถุประสงค์ เป็นตัวกรองใช้สำหรับกรองและดักจับสารพิษ (Endotoxin) ออกจากน้ำยาไตเทียม (Dialysate) ให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น
๓. คุณสมบัติทั่วไป
เป็นตัวกรองใช้สำหรับกรองและดักจับสารพิษ (Endotoxin) ออกจากน้ำยาไตเทียม (Dialysate) ให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ วัสดุที่ใช้ทำเส้นใย (Membrane material) เป็นสารสังเคราะห์ชนิด Polysulfone
 - ๔.๒ พื้นที่ผิวในการกรอง (Effective surface area) มีขนาดเนื้อที่ ๒.๒ ตารางเมตร
 - ๔.๓ ตัวกรองมีขนาดยาวอย่างน้อย ๒๘ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย ๕.๕ ซม.
 - ๔.๔ มีอัตราการกรองน้ำยาไตเทียม (Filtration rate) เป็น ๓๐๐ ml./hr.mmHg (๓.๗๕ L/min.bar; max.๒ bar)
 - ๔.๕ มีความสามารถในการดักจับ Endotoxin (Endotoxin retention rate) ได้สูง ≥ ๑๐๖
 - ๔.๖ ตัวโครงของกระบอกตัวกรอง (Housing) ทำด้วย Polypropylene โดยมีส่วนหัวและท้าย (Potting) ทำด้วย Polyurethane
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ ฉลากบนผลิตภัณฑ์ ต้องระบุ เดือน ปี ที่ผลิต , เดือน ปี ที่หมดอายุ , เลขที่ผลิต , ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ผลิตและชื่อที่อยู่ของผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย พิมพ์ไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
 - ๕.๒ ตัวกรองน้ำยาไตเทียมที่นำส่งต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ
 - ๕.๓ ผ่านการขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตนำเข้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข
 - ๕.๔ บริษัทที่เสนอราคา ต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงและมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 - ๕.๕ สามารถแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ วัน
 - ๕.๖ ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง ที่ส่งมอบจะต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอ กรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหาทางด้านคุณภาพหรือชำรุด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้องดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหากไม่สามารถปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด ทางโรงพยาบาลตระการพิษผลขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างได้
 - ๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง จำนวน ๓ ชุดเพื่อประกอบการพิจารณาผลและทดสอบการใช้งานตามกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

ลงชื่อ

(นางสาวนุชกานต์ ใจตรง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

ลงชื่อ

(นางสาวภิรมย์พร รักใคร่)

กรรมการกำหนดคุณลักษณะ

ลงชื่อ

(นางสาวศกวรรณ ทองมี)

กรรมการกำหนดคุณลักษณะ